

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *M39* /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
Đèn UV của máy đo TOC online

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2024.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa đèn UV của máy đo TOC online phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị và yêu cầu sửa chữa cụ thể như sau:

Stt	Tên thiết bị	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Yêu cầu
1	Đèn UV của máy đo TOC online	- Máy không hiển thị giá trị TOC - Thông tin cụ thể tại biên bản số 12/TT/2024 ngày 04/12/2024.	- Sửa chữa, thay thế linh kiện để đảm bảo thiết bị hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Nhà thầu cam kết cán bộ kỹ thuật đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc sửa chữa, thay thế linh kiện. - Linh kiện thay thế (nếu có) phải mới 100%, nguyên đai/kiện/túi, chưa có dấu hiệu sử dụng. - Thiết bị sau sửa chữa, thay thế phải đảm bảo phân được sửa chữa, thay thế hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Bảo hành tối thiểu 03 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất sau thay thế linh kiện.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **17 giờ 00**, ngày **18/12/2024** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, kiểm tra thiết bị cần sửa chữa xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



**VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG**

Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

- ¹ Tên đơn vị báo giá
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT

Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù: TLCC & CDC

Số: 86/TT/2024

Lý do dự trù: Đèn UV của máy đo TOC online bị hỏng

STT	Tên hàng	Quy cách kỹ thuật	Số lượng	Thời gian cung cấp
01	Đèn UV cho máy đo TOC online	- Hãng Mettler Toledo	01 chiếc	Sớm nhất có thể

Phê duyệt của Lãnh đạo Viện

Ngày 04 tháng 12 năm 2024

Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lê Thị Thu



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

DỰ TRÙ SỬA CHỮA

Khoa/phòng/ban/trung tâm: TLCC & CDC

Số: 22 /TT/2024

Kính gửi: - Ban giám đốc

- Phòng vật tư

Tên thiết bị: Máy đo TOC online

Mã thiết bị: VKN/TT/72.02

Tình trạng: Máy không hiển thị giá trị TOC

Đề nghị: Kiểm tra

Thời gian: Sớm nhất có thể

Ngày 04 tháng 12 năm 2024

PHÒNG NHẬN DỰ TRÙ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM

Lê Thị Thu.



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ BÁO HỎNG

Số: 12/TT/2024


1. Ngày kiểm tra: 04/12/2024
2. Tên thiết bị: Máy đo TQC online
3. Mã thiết bị: VKN/TT/72.02
4. Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản: TLCC & CDC
5. Ngày dự trù sửa chữa: 04/12/2024
6. Tình trạng thiết bị:
 - Máy hỏng viên giá trị TQC

7. Kết quả kiểm tra:
 - Đem về vị hư

8. Sửa chữa:
 - Thay Ho

9. Đề nghị:
 - thay thế đầu CV mới

Khoa/phòng/ban/trung tâm

TCC: 
Lê Thu Thủy

Người kiểm tra


Vũ Văn Phong

Duyệt của Lãnh đạo Viện

