

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~MT~~ 18/VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước 17 giờ 00, ngày 11/6/2025 hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG
Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH
(Kèm theo công văn số 1178 /VKNTTW-VTTTB, ngày 04/9/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao	Agilent 1260 Infinity II	Sample cooler không hoạt động. Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật ngày 07/8/2025 kèm theo của Thông tin cụ thể của Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - CMS (đơn vị được ủy quyền của hãng Agilent).	Khoa Thiết lập chất chuẩn & Chất đối chiếu - Cơ sở 2 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau sửa chữa.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số 1178/VKNTTW-VTTTB ngày 04/9/2025)

.....¹
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

- ¹ Tên đơn vị bảo giá
 - ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu bảo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu bảo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/bảo giá
 - ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/bảo giá
 - ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/bảo giá
 - ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
 - ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
 - ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận bảo giá ghi trong văn bản yêu cầu bảo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị bảo giá: ngày, tháng, năm bảo giá
 - ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.
- Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký bảo giá.



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ BẢO HỒNG

Số: 04/TT/2025

1. Ngày kiểm tra: 07/08/2025
2. Tên thiết bị: Máy Sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity II
3. Mã thiết bị: VKN TT/06.46
4. Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản: Thiết lập Chất Chuẩn & Chất đối Chuẩn
5. Ngày dự trù sửa chữa:
6. Tình trạng thiết bị:
Không sử dụng kính C
Bảo trì máy theo quy trình của hãng.
7. Kết quả kiểm tra:
Test gradient AB không đạt theo quy trình của hãng.
8. Sửa chữa: Bộ trộn hỏng, không thể sửa chữa

9. Đề nghị:

Thay thế bộ trộn mã part G1311-67701

Khoa/phòng/ban/trung tâm

Người kiểm tra

Tcc:

Lê Thị Thu

Đỗ Mạnh Kiên

Duyệt của Lãnh đạo Viện



RSV000190

BIÊN BẢN DỊCH VỤ CUSTOMER SERVICE REPORT

Tên công ty Company: <u>Viện kiểm nghiệm thuộc M. case 2</u> Địa chỉ: <u>Khoa Chất chuẩn chất môi trường</u> Address: <u>Thạch Trì - Hà Nội</u>		Người liên hệ: <u>Mr. Khanh</u> Điện thoại: <u></u> Contact Name: Telephone: Email: <u></u>	
Mã hàng: Product No: <u>G711B</u>		☐ Lắp đặt Installation ☒ Bảo trì Maintenance ☐ Bảo hành Warranty ☐ Đào tạo Training ☐ Sửa chữa Repair ☐ Dịch vụ khác Other	
Số máy: Serial No: <u>DEAENV02107</u>		Ngày bắt đầu: Service Start Date: <u>07/08/2025</u> Thời gian: <u>8:30</u> Ngày kết thúc: Service End Date: <u>07/08/2025</u> Thời gian: <u>11:30</u>	
Mô tả hàng hoá: Product Description: <u>1260 infinity II system</u>		Tổng quát: Summary: Ngày / Days: <u>1</u> Giờ / Hours: <u>9</u>	
Mô tả tình trạng: Problem Description: <u>Bảo trì, hiệu chuẩn hệ thống LC</u>		Thời gian di chuyển tới khách hàng và khoảng cách: Travel time & Distance: <u>10</u> km <u>05</u> hour	

Dịch vụ đã hoàn thành & Diễn giải chi tiết dịch vụ:

Services Done & Explain Service Steps to Customer:

- Vệ sinh, hút bụi toàn bộ hệ thống.
 - Thực hiện bảo trì hệ thống theo Agilent InfinityLab LC series PM checklist.
 - Thực hiện thay thế PM kit cho pump (seal wash, PM kit for pump).
 - Thực hiện hiệu chuẩn hệ thống.
 - Hiện tại, test gradient AB, CD không đạt (kết quả kèm theo, kính C dung môi bị kéo theo) → đề nghị khách hàng thay thế bộ lọc.

Ghi chú/Remark:

STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty	STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty
1.	G1310-68741	PM kit for 1260 pump	1	6.			
2.	G1310-68742	Seal wash	1	7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Đỗ Mạnh Kiên
Họ & Tên Kỹ Sư
Customer Service Engineer Name

[Signature]
Chữ ký của kỹ sư thực hiện
Customer Service Engineer Signature

07/08/2025
Ngày yêu cầu
Request Date

Nguyễn Vũ Hoàng Khoa
Họ & Tên Khách Hàng
Customer Name & Company Stamp

[Signature]
Chữ ký của khách hàng
Customer Signature

07/08/2025
Ngày ký
Sign Date