

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1296 /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
Thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước **10 giờ 00, ngày 14/9/2026** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



★ Phạm Văn Kiên

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số ~~1296~~ /VKNTTW-VTTTB, ngày 07/9/2026)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Máy thử độ hòa tan Pharmatest PTWS 1420	Pharmatest PTWS 1420	- Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của Máy thử độ hòa tan Pharmatest PTWS 1420 (mã thiết bị: VKN/MP/13.15) - Thông tin cụ thể tại Biên bản kiểm tra thiết bị báo hỏng ngày 04/9/2026 của công ty cổ phần thiết bị Việt Anh đây là đơn vị ủy quyền chính hãng Pharmatest tại Việt Nam + CPU Board và Amplifier Board bị hỏng	Khoa Kiểm nghiệm Mỹ Phẩm - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 1296/VKNTTW-VTTTB ngày 07/9/2026)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴....., địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

- ¹ Tên đơn vị báo giá
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

BIÊN BẢN KỸ THUẬT
(SERVICE REPORT)

Liên 1 : Lưu

Số (No.): **000029** Ngày (Date): **07/09/2026**
Kỹ thuật (Service Staff): **Nguyễn Văn Thuận**
Email: **thuan.nva@vietanh.vn** ĐT: **0916 947 205**

Khách hàng (Customer): **Vườn Kiềm Nghiệm Thuốc Trung Ương**
Địa chỉ (Add.): **48 Hai Bà Trưng - Hà Nội**
Người liên hệ (Contact): **Anh Bình** Phòng ban (Department):
Điện thoại (Tel.): **0905 508 558** Email:

Lắp máy (Installation)	Sửa chữa (Repair)	Bảo trì (Maintenance)	Bảo hành (Warranty)	Hỗ trợ KH (Support)	Khác (Other):
☐	☒	☐	☐	☐	☐

STT (No.)	Thiết Bị (Equipment/Model)	Hãng sản xuất (Manufacturer)	Số Sê-ri (Serial Number)	Tình trạng (Status)
1	PTWS 1420	PharmaTest	29453	- Mòn hình nhập nhằng không lên

Công việc đã làm (Service performed):


- kiểm tra cụm màn hình và amplifier board → hỏng

Kết quả / Yêu cầu (Result / Recommend): **Cần thay thế cpu board và amplifier board**

Chứng từ (Documents): ☐ Báo cáo kết quả ☐ Hồ sơ theo máy ☐ Khác

Ý kiến khách hàng (Customer satisfaction):

Việt Anh / Service Engineer
Ký tên / Ghi rõ họ tên (Sign & Full name)


Nguyễn Văn Thuận

Khách hàng / End User
Ký tên / Ghi rõ họ tên (Sign & Full name)



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT
REQUEST FOR SUPPLY OF MATERIALS, EQUIPMENT, CHEMICALS

No.: 118/MP./2026.

Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù

(Requesting laboratory/department/center): KN Mỹ Phẩm

Lý do dự trù (Reason for request): Linh kiện cho máy thử độ hòa tan Pharmatest PTWS
1420, VKN/MP/13.15

STT No.	Tên hàng Name of item	Quy cách kỹ thuật Technical specification	Số lượng Quantity	Thời gian cung cấp Delivery time
1	CPU board	Mới 100%	01	Sớm
2	Amplifier board	Mới 100%	01	Sớm

Phê duyệt của Lãnh đạo Viện
Approval of Institute's Leader


Nguyễn Văn Hà

Ngày/Date: 07/09/2026.

Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù
Head of laboratory/department/center
(Ký và ghi rõ họ, tên/Signature, full name)


Đỗ Thu Trang



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA
REPAIRING REQUEST**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: **KN Mỹ Phẩm**
Laboratory/Department/Unit/Center

Số **84** /MP/20**26**
Number /MP/20

Kính gửi/Dear: **Ban Giám Đốc - Viện KN & thuốc TW**
Phòng Vật tư trang thiết bị - Viện KN & thuốc TW

Tên thiết bị/Equipment name: **Máy thử độ hòa tan Pharma Test PTWS 1420**

Mã thiết bị/Equipment code: **VKN/MP/13.15**

Tình trạng/Situation: **Màn hình điều khiển không sáng, có mùi khét**

Đề nghị/Propose: **Xem xét và sửa chữa**

Thời gian/Time performing: **Sớm**

**PHÒNG NHẬN
DỰ TRÙ
RECEIVING REQUEST
DEPARTMENT**


18.1.07

**BAN GIÁM ĐỐC
DUYỆT
DIRECTOR
APPROVEMENT**


Nguyễn Văn Hà

Ngày **25** tháng **06** năm **20 26**
Date

**KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM
LABORATORY/DEPARTMENT/UNIT/CENTER**


Hồ Thị Trang