

Số: **453** /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước 17 giờ 00, ngày 13/04/2026 hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Văn Hà

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHẦN TÍCH

(Kèm theo công văn số /VKNTTW-VTTTB, ngày 07/04/2026)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Máy sắc ký lỏng ACQUITY Arc	Water	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy đo Máy sắc ký lỏng ACQUITY Arc (mã thiết bị: VKN/DL7/06.08. Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Nam Việt (đơn vị được ủy quyền của hãng Water).	Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm - Cơ sở 2 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Phường Hoàng Liệt, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tới thiếu 03 tháng sau sửa chữa.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số /VKNTTW-VTTTB ngày 07/04/20226)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

-
- ¹ Tên đơn vị báo giá
 - ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
 - ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
 - ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
 - ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
 - ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02tháng hoặc 60 ngày
 - ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
 - ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT
REQUEST FOR SUPPLY OF MATERIALS, EQUIPMENT, CHEMICALS

No.: 09./DL/2026

Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù: Khoa Dược lý

(Requesting laboratory/department/center):

Lý do dự trù (Reason for request): Thay phụ kiện cho máy sắc ký lỏng ACQUITY Arc (VKN/DL/06.08) theo biên bản kiểm tra thiết bị báo hỏng số 02/DL/2026 ngày 23/01/2026

STT No.	Tên hàng Name of item	Quy cách kỹ thuật Technical specification	Số lượng Quantity	Thời gian cung cấp Delivery time
1	Buồng khử khí dùng cho bơm dung môi Degasser	Single, TI Stended 18" AF	02	Sớm nhất có thể

XX: Tên viết tắt của khoa/phòng/ban/trung tâm (Abbreviation of laboratory/department/unit/center).

Phê duyệt của Lãnh đạo Viện
Approval of Institute's Leader

Ngày/Date: 09./12./2026

Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù
Head of laboratory/department/center
(Ký và ghi rõ họ, tên/Signature, full name)

Nguyễn Thị Tiên



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**BIÊN BẢN KIỂM TRA THIẾT BỊ BẢO HỒNG
MINUTES OF CHECKING DAMAGED EQUIPMENT**

1. Ngày kiểm tra/Check date: 23/01/2026 Số/Number 02/DL/2026
2. Tên thiết bị/Equipment name: Máy sục ký lỏng ACQUITY ARC
3. Mã thiết bị/Equipment code: VKN/DL/06.08
4. Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản/owner: Khoa kiểm nghiệm Dược lý.
5. Ngày dự trù sửa chữa/Date of repairing request:
6. Tình trạng thiết bị/Equipment situation:

Báo lỗi: "Degasser vacuum hi/w failure (1)"

7. Kết quả kiểm tra/Result of checking:

Phát hiện buồng chân không khu' khí' bị hỏng ở các A và C

8. Sửa chữa/Repairing:

9. Đề nghị/Propose:

Thay phụ kiện: Degasser, Single, TI Stended, 18" AF, mã 707011667; Số lượng: 02 cái.

Khoa/phòng/ban/trung tâm chủ quản
Laboratory/Department/Unit/Center

Người kiểm tra
Checked by

Nguyễn Thị Liên

Duyệt của Ban Giám đốc
Director's approval

Nguyễn Thanh Phúc

XX: Tên viết tắt của khoa/phòng/ban/trung tâm.
Abbreviation for Laboratory/Department/Unit/Center name.