

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị có thể báo giá một hoặc nhiều hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **17 giờ 00**, ngày **11/5/2026** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



★ Nguyễn Văn Hà

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHẦN TÍCH

(Kèm theo công văn số 567/VKNTTW-VTTTB, ngày 04/5/2026)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống máy HPLC	Agilent 1260	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy HPLC Agilent 1260 (mã thiết bị: VKN/HL1/06.02 Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số 0020657 ngày 20/4/2026 của Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - CMS (đơn vị được ủy quyền của hãng Agilent).	Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội)	
2	Hệ thống máy HPLC	Agilent 1260 Infinity II	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy HPLC Agilent 1260 Infinity II (mã thiết bị: VKN/HL1/06.48 Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật số 0020463 ngày 20/4/2026 của Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - CMS (đơn vị được ủy quyền của hãng Agilent).		

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 567/VKNTTW-VTTTB ngày 04/5/2026)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:


- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

-
- ¹ Tên đơn vị báo giá
 - ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
 - ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
 - ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
 - ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
 - ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02tháng hoặc 60 ngày
 - ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
 - ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA
REPAIRING REQUEST**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Kiểm nghiệm Nguyên liệu
Laboratory/Department/Unit/Center

Số: 24/HLI/2026
Number /XX/20

Kính gửi/Dear: Ban Giám đốc

Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Tên thiết bị/*Equipment name*: Máy sắc ký lỏng Agilent 1260

Mã thiết bị/*Equipment code*: VKN/HLI/06.02

Tình trạng/*Situation*: Đầu dò FLD không hoạt động

Đề nghị/*Propose*: Sửa chữa

Thời gian/*Time performing*: Sớm nhất có thể

Ngày 20 tháng 04 năm 2026
Date

**PHÒNG NHẬN
DỰ TRÙ
RECEIVING REQUEST
DEPARTMENT**


Phạm Văn Kiên

**BAN GIÁM ĐỐC
DUYỆT
DIRECTOR
APPROVEMENT**



**KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM
LABORATORY/DEPARTMENT/UNIT/CENTER**


Trần Trung Kiên



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA
REPAIRING REQUEST**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Kiểm nghiệm Nguyên liệu
Laboratory/Department/Unit/Center

Số: 25/HLI/2026
Number /XX/20

Kính gửi/Dear: Ban Giám đốc

Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Tên thiết bị/*Equipment name:* Máy sắc ký lỏng Agilent 1260 Infinity II

Mã thiết bị/*Equipment code:* VKN/HLI/06.48

Tình trạng/*Situation:* Bộ phận tiêm mẫu tự động không hoạt động.

Đề nghị/*Propose:* Sửa chữa

Thời gian/*Time performing:* Sớm nhất có thể

Ngày 20 tháng 04 năm 2026
Date


**PHÒNG NHẬN
DỰ TRÙ
RECEIVING REQUEST
DEPARTMENT**


**BAN GIÁM ĐỐC
DUYỆT
DIRECTOR
APPROVEMENT**

**KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM
LABORATORY/DEPARTMENT/UNIT/CENTER**


Phạm Văn Kiên




Trần Chung Hải



0020657

BIÊN BẢN DỊCH VỤ
CUSTOMER SERVICE REPORT

Tên công ty / Company: <u>Viện Kiểm Nghiệm Thuỷ Nguyên</u> Địa chỉ / Address: <u>48/HA, Bờ Trung - Hà Nội</u>		Người liên hệ / Contact Name: Email:		Điện thoại / Telephone:	
Mã hàng / Product No: <u>G131115</u>		<input type="checkbox"/> Lắp đặt / Installation <input type="checkbox"/> Bảo trì / Maintenance		<input type="checkbox"/> Bảo hành / Warranty <input type="checkbox"/> Đào tạo / Training	
Số máy / Serial No: <u>DEAB 711 572</u>		Ngày bắt đầu / Service Start Date: <u>20/04/2026</u>		Thời gian / Time: <u>1.5h</u>	
Mô tả hàng hoá / Product Description: <u>HPC 1260 Infinity</u>		Ngày kết thúc / Service End Date: <u>20/04/2026</u>		Thời gian / Time: <u>1.5h</u>	
		Thời gian di chuyển tới khách hàng và khoảng cách / Travel time & Distance:		<u>16</u> km <u>0.5</u> hour	

Mô tả tình trạng / Problem Description: - Đầu dò FLP báo lỗi Encoder Counting

Dịch vụ đã hoàn thành & Diễn giải chi tiết dịch vụ / Services Done & Explain Service Steps to Customer:

- Kiểm tra đầu dò FLP, và CMS Encoder Em
- Calibrate lại Encoder
- Đầu dò hoạt động lại thường tuy nhiên lại phát sinh lỗi
- khuyến cáo: Di trú thay thế Encoder và Lamp (code: G7121-60004; 2940-1600)

Ghi chú/Remark:

STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty	STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Nguyễn Văn Chiến
Họ & Tên Kỹ Sư
Customer Service Engineer Name

[Signature]
Chữ ký của kỹ sư thực hiện
Customer Service Engineer Signature

20/04/2026
Ngày yêu cầu
Request Date

Khúc Hoàng Phương
Họ & Tên Khách Hàng
Customer Name & Company Stamp

[Signature]
Chữ ký của khách hàng
Customer Signature

20/04/2026
Ngày ký
Sign Date

0020463

BIÊN BẢN DỊCH VỤ
CUSTOMER SERVICE REPORT

Tên công ty / Company: <u>Viện Kiểm Nghiệm Thuở Trẻ Việt</u> Địa chỉ / Address: <u>48 Hai Bà Trưng - Hà Nội</u>		Người liên hệ / Contact Name: <u>Mr. Phuong</u> Điện thoại / Telephone: Email:	
Mã hàng / Product No: <u>G7167</u>		<input type="checkbox"/> Lắp đặt / Installation <input type="checkbox"/> Bảo hành / Warranty <input type="checkbox"/> Sửa chữa / Repair <input type="checkbox"/> Bảo trì / Maintenance <input type="checkbox"/> Đào tạo / Training <input type="checkbox"/> Dịch vụ khác / Other	
Số máy / Serial No: <u>DE AEW 05876</u>		Ngày bắt đầu / Service Start Date: <u>21/04/2026</u> Thời gian / Time: Ngày kết thúc / Service End Date: <u>21/04/2026</u> Thời gian / Time:	
Mô tả hàng hoá / Product Description: <u>HP1260 Infinity II</u>		Tổng quát / Summary: Ngày / Days Thời gian di chuyển tới khách hàng và khoảng cách / Travel time & Distance: <u>16</u> km <u>0.5</u> hour	

Mô tả tình trạng / Problem Description: - Lỗi buồng tiêm mẫu

Dịch vụ đã hoàn thành & Diễn giải chi tiết dịch vụ / Services Done & Explain Service Steps to Customer:

- Kiểm tra file trong buồng tiêm mẫu
Lỗi: Mainboard ngoài ra bộ transport lỗi Z1
→ Cần thay thế: Artesampler Specific Board : G7167-65850
Sampler Handler Cable Replacement kit : 5024-0048

Ghi chú/Remark:

STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty	STT Items	Mã hàng hoá Part No.	Mô tả hàng hoá Description	SL Qty
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Nguyễn Văn Chiến
Họ & Tên Kỹ Sư
Customer Service Engineer Name

[Signature]
Chữ ký của kỹ sư thực hiện
Customer Service Engineer Signature

20/04/2026
Ngày yêu cầu
Request Date

Khúc Hoàng Phương
Họ & Tên Khách Hàng
Customer Name & Company Stamp

[Signature]
Chữ ký của khách hàng
Customer Signature

21/04/2026
Ngày ký
Sign Date