

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **966**/VKNTTW-VTTTB
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2026.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội) trước **10 giờ 00**, ngày **15/7/2026** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, kiểm tra thiết bị cần sửa chữa xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG
Phạm Văn Kiên

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số 966 /VKNTTW-VTTTB, ngày 08/7/2026)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Máy phun mẫu tự động cho sắc ký lớp mỏng - CAMAG	HPTLC CAMAG 290773	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy Máy phun mẫu tự động cho sắc ký lớp mỏng (mã thiết bị: VKN/DD/43.02) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật của Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị mới (đơn vị được ủy quyền của hãng CAMAG thực hiện bảo trì thiết bị).	Khoa Kiểm nghiệm Đông dược- Dược liệu - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Phường Cửa Nam, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tới 03 tháng sau thay thế linh kiện.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 966/VKNTTW-VTTTB ngày 08/7/2026)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi⁴, địa chỉ⁵:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

-
- ¹ Tên đơn vị báo giá
 - ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
 - ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
 - ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
 - ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
 - ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02tháng hoặc 60 ngày
 - ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
 - ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
 - ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỚI

Trụ sở: Nhà 17, Dãy N03B, Khu đô thị Sài Đồng,
Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Lợi, Thành Phố Hà Nội
Tel: (84.24) 3984 5538; Fax: (84.24) 3984 5543
Email: newtechjsc@hn.vnn.vn



BIÊN BẢN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

TÊN KHÁCH HÀNG: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Địa chỉ: 48 phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Người sử dụng: Ms. Lê Tuyết

Người liên hệ

Số ĐT người sử dụng

Số ĐT người liên hệ

Số Fax / email

Số Fax / email

THÔNG TIN VỀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tên nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ MỚI

Lắp mới

Kiểm tra

Tên kỹ sư /chuyên gia: Trần Thái Sơn

Hướng dẫn

Bảo trì

Tên kỹ sư /chuyên gia

Sửa chữa

Bảo hành

Ngày bắt đầu

10h00 ngày 26 tháng 06 năm 2026

Ngày hoàn thành

11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2026

TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ

STT	Ký mã hiệu.	Tên thiết bị
1	ATS 4	Máy phun mẫu tự động cho sắc ký lớp mỏng S/N: 290773

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị	- Thiết bị lên nguồn và kết nối với phần mềm
- Kiểm tra chất lượng phun mẫu	- Các bộ phận cơ khí hoạt động bình thường
-	- Kim phun mẫu đã xuống cấp, bị cong sau thời gian dài sử dụng.
-	- Hiện không châm được mẫu.
-	-
-	-

KIẾN NGHỊ

- Mua vật tư tiêu hao theo khuyến cáo của hãng. (Bảng vật tư tiêu hao đính kèm)

- Lên kế hoạch bảo trì thiết bị

-

-

Chữ ký của người sử dụng

Lê Thị Tuyết

Ngày

26/06/2026

Chữ ký của người liên hệ

Ngày

Chữ ký của người thực hiện

Trần Thái Sơn

Ngày

26/06/2026

Chữ ký của người thực hiện

Ngày



**NATIONAL INSTITUTE OF DRUG
QUALITY CONTROL**

**DỰ TRỪ SỬA CHỮA
REPAIRING REQUEST**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: KN Đông Dược- Dược liệu
Laboratory/Department/Unit/Center

Số: 60A /ĐD /2026

Kính gửi/Dear: Ban giám đốc

Phòng Vật tư - trang thiết bị

Tên thiết bị/*Equipment name:* Hệ thống sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao – CAMAG

Mã thiết bị/*Equipment code:* VKN/ĐD/43.02

Tình trạng/*Situation:* Kim phun mẫu bị cong sau thời gian dài sử dụng. Không chấm được mẫu

Đề nghị/*Propose:* Kiểm tra hệ thống phun mẫu.

Thời gian/*Time performing:* Sớm nhất có thể

Ngày 24 tháng 06 năm 2026

KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM

LABORATORY/DEPARTMENT/UNIT/CENTER

**PHÒNG NHẬN
DỰ TRỪ
RECEIVING REQUEST
DEPARTMENT**

**BAN GIÁM ĐỐC
DUYỆT
DIRECTOR
APPROVEMENT**

Nguyễn Tài B.Đ.

Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Thị Anh