

BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC  
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 991 /VKNTTW-VTTTB  
V/v báo giá dịch vụ sửa chữa  
thiết bị phân tích.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước 17 giờ 00, ngày 18/11/2024 hoặc bản ký số được gửi về email: [vttb.vknttw@gmail.com](mailto:vttb.vknttw@gmail.com).

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Đăng Lâm

**PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH**  
(Kèm theo công văn số 991 /VKNTTW-VTTTB, ngày 11/11/2024)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (LCMS)	Waters Xevo TQD	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy LCMS Waters Xevo TQD (mã thiết bị: VKN/TĐSH/53.03) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật ngày 07/11/2024 kèm theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Nam Việt (đơn vị được ủy quyền của hãng Waters, thực hiện bảo trì thiết bị).	Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học - Cơ sở 2 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

**PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ**  
(Kèm theo công văn số 99/VKNTTW-VTTTB ngày 11/11/2024)

.....<sup>1</sup>  
\_\_\_\_\_

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số<sup>2</sup> ..... ngày<sup>3</sup> .....; chúng tôi<sup>4</sup> ....., địa chỉ<sup>5</sup>: ....., mã số thuế<sup>6</sup>: ..... báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa <sup>7</sup>	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
<b>Tổng cộng</b>						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ..... tháng/ngày<sup>8</sup>, kể từ ngày ..... tháng ..... năm .....<sup>9</sup>

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....<sup>10</sup>  
**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp<sup>11</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu)

- <sup>1</sup> Tên đơn vị báo giá
- <sup>2</sup> Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- <sup>3</sup> Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- <sup>4</sup> Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- <sup>5</sup> Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- <sup>6</sup> Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- <sup>7</sup> Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- <sup>8</sup> Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- <sup>9</sup> Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- <sup>10</sup> Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- <sup>11</sup> Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu.  
Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW**

**PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT**

Số. 137./TĐSH/2024

**Khoa/phòng/trung tâm dự trù:** Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học

**Lý do dự trù:** vật tư thay thế cho thiết bị LCMS Xevo TQD (VKN/TĐSH/53.03) do lỗi rò rỉ tại buồng tiêm mẫu (Sample manager FTN)

TT	Tên hàng	Quy cách kỹ thuật	Số lượng	Thời gian cung cấp
01	Seat port assembly	Mã hàng: 700005234 Hãng sản xuất: Waters	01	Sớm nhất có thể
02	Needle seat	Mã hàng: 405011492 Hãng sản xuất: Waters	01	


TĐSH: tên viết tắt của trung tâm đánh giá tương đương sinh học

Phê duyệt của lãnh đạo

Ngày 07 tháng 11 năm 2024

Phụ trách khoa/phòng/trung tâm dự trù  
(ký và ghi rõ họ, tên)

Hoàng  
Trần Hoàng



NAM VIET SERVICE TECHNOLOGIES JSC  
 Đ/c: Tầng 15, Tòa Nhà Lim 2, Số 62A, CMT8, P.6, Q.3, Tp.HCM  
 VPGD: F12, Đường 3A, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM  
 Tel: 08 37752 022/ Fax: 08 37710 188/ Hotline: 0913320897  
 [M]: giang.nguyenn@navist.vn/ [W]: www.navist.vn

## BIÊN BẢN KỸ THUẬT

### THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên công ty: Văn Kiểm Nghiệm Thuộc TW - CSE - Mua T-ASH  
 Địa chỉ: Đường B - Tam Hiệp - Hoàng Mai - Hà Nội  
 Người liên hệ: Mr. Đức SĐT: 0387.676.398 Email: \_\_\_\_\_  
 Số HĐ/ PO: \_\_\_\_\_

### THÔNG TIN THIẾT BỊ

Tên thiết bị: Agilent 1100 H-class / Kevoc TQD  
 Mã số/ SN: 51265M902A / H125027147 / 0CA25 2  
 Tình trạng TB: • Kiểm tra kiểm mẫu FIN bị lỗi.

### MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

<input type="checkbox"/> Lắp đặt	<input type="checkbox"/> Bảo trì	<input type="checkbox"/> Bảo hành	
<input checked="" type="checkbox"/> Kiểm tra	<input checked="" type="checkbox"/> Sửa chữa	<input type="checkbox"/> DV khác: .....	

### NỘI DUNG CÔNG VIỆC

• Kiểm tra buồng kiểm mẫu, FIN  
 + Dây Inject port bị đứt gãy ⇒ Cần thay thế.  
 + Needle Seat bị hỏng, rò rỉ ⇒ Cần thay thế.

### KẾT QUẢ/ĐỀ XUẤT

• Đề nghị thay mới dây Inject port:  
 + Seat part Assembly: 700005234  
 • Đề nghị thay thế Needle Seat:  
 + Vespel Seat: 405011492

### Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chữ ký khách hàng

Đức Hoàng Văn Đức

Ngày: 07/11/2024

Chữ ký kỹ sư thực hiện

Nguyễn Trọng Tuấn

Ngày: 07/11/2024

PG. \_\_\_\_\_



**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW**

**DỰ TRÙ SỬA CHỮA**

Khoa/phòng/ban/trung tâm: Trung tâm Đánh giá TĐSH

Số 136/TĐSH/2024

Kính gửi: - Ban Giám đốc

- Phòng Vật tư – trang thiết bị

Tên thiết bị: Máy sắc ký lỏng khối phổ Waters Xevo TQD

Mã thiết bị: VKN/TĐSH/53.03

Tình trạng: - Thiết bị tụt áp suất khi tiêm mẫu, thời gian lưu trôi bất thường.

Kiểm tra buồng tiêm phát hiện có rò rỉ tại vị trí cổng tiêm mẫu

Đề nghị: Kiểm tra và sửa chữa

Thời gian: Sớm nhất có thể

Ngày 07 tháng 11 năm 2024

PHÒNG NHẬN DỰ TRÙ BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT KHOA/PHÒNG/BAN/TRUNG TÂM

07/11/2024

  
**Phạm Văn Kiên**



  
**Lê Thị La**