

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1185/VKNTTW-VTTTB

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2025.

V/v báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị phân tích.

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị phân tích

Hiện nay, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu sửa chữa một số thiết bị phân tích phục vụ công tác chuyên môn. Tình trạng hiện tại của thiết bị được mô tả chi tiết tại **Phụ lục I** kèm theo.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ sửa chữa, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Đơn vị báo giá hạng mục trong danh mục tại **Phụ lục I**;
- Bản báo giá theo mẫu quy định tại **Phụ lục II**;
- Giá chào dịch vụ thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;
- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;
- Báo giá được gửi về Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước **10 giờ 00, ngày 12/9/2025** hoặc bản ký số được gửi về email: vtttb.vknttw@gmail.com.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, **kiểm tra thiết bị cần sửa chữa** xin vui lòng liên hệ với Phòng Vật tư - Trang thiết bị, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 024.38256906.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện trưởng (để b/c);
- Tổ CNTT (đăng website của Viện);
- Lưu: VT, VTTTB.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

VIỆN
KIỂM NGHIỆM
THUỐC
TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Đăng Lâm

PHỤ LỤC I. DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ PHÂN TÍCH

(Kèm theo công văn số *M85* /VKNTTW-VTTTB, ngày 05/9/2025)

Stt	Tên thiết bị	Hãng sản xuất, Model	Tình trạng thiết bị (nguyên nhân)	Địa điểm đặt thiết bị	Ghi chú
1	Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao	HPLC Shimadzu 20A	Sửa chữa và thay thế phụ kiện thiết bị của máy HPLC 20A (mã thiết bị: VKN/HLII/06.22) Thông tin cụ thể tại Biên bản kỹ thuật của Công ty CP TB-VT KHKT & DL Trung Sơn T.S.S.E (đơn vị được ủy quyền của hãng Shimadzu, thực hiện bảo trì thiết bị).	Khoa Kiểm nghiệm các dạng bào chế - Cơ sở 1 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (Số 48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội)	Bảo hành tối thiểu 03 tháng sau thay thế linh kiện.

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo công văn số *188/VKNTTW-VTTTB* ngày 05/9/2025)

.....¹

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại công văn số² ngày³; chúng tôi ⁴....., địa chỉ:, mã số thuế⁶: báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị, linh kiện thay thế

TT	Danh mục dịch vụ sửa chữa/linh kiện thay thế	Mô tả dịch vụ/hàng hóa ⁷	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
...						
Tổng cộng						

Giá chào là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và tất cả các chi phí liên quan khác để thực hiện dịch vụ sửa chữa, thay thế linh phụ kiện tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng tháng/ngày⁸, kể từ ngày tháng năm⁹

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm¹⁰
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp¹¹
(Ký tên, đóng dấu)

-
- ¹ Tên đơn vị báo giá
- ² Ghi số hiệu của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ³ Ghi ngày của văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ⁴ Ghi tên đơn vị cung cấp/báo giá
- ⁵ Ghi địa chỉ nhà cung cấp/báo giá
- ⁶ Ghi mã số thuế của nhà cung cấp/báo giá
- ⁷ Ghi rõ mã hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
- ⁸ Ghi cụ thể số tháng/ngày, nhưng không nhỏ hơn 02 tháng hoặc 60 ngày
- ⁹ Ghi thời gian kết thúc nhận báo giá ghi trong văn bản yêu cầu báo giá của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
- ¹⁰ Ghi địa danh tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh của đơn vị báo giá; ngày, tháng, năm báo giá
- ¹¹ Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.



VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT

Khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù: Khoa KNCDBC

Số: 29./HLII/2025

Lý do dự trù: Thay mới bộ phận khử khí DGU cho máy HLPC Shimadzu 20A do bộ DGU bị hỏng, không khắc phục được

STT	Tên hàng	Quy cách kỹ thuật	Số lượng	Thời gian cung cấp
1	Bộ DGU-20A5R	P/N: 228-65555-58	01 bộ	Cung cấp sớm

Phê duyệt của Lãnh đạo Viện


Nguyễn Văn Hà


Ngày 3 tháng 9 năm 2025

Phụ trách khoa/phòng/ban/trung tâm dự trù
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Lê Thu Vài



CÔNG TY CP TB-VT KHKT & DL TRUNG SƠN T.S.S.E
TRUNG SƠN T.S.S.E SCIENTIFIC EQUIPMENT & TOUR J.S.CO.
 Head Office: 38/16 Nguyen Van Troi Str., Ward 15, Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
 Tel: 84-28-38452167 | Fax: 84-2838452180 | Service hotline: 0934.096.966
 E-mail: sales@trungsontsse.com.vn | service@trungsontsse.com.vn
 Hanoi Office: No. 7, Garden House, 229 Vong Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
 Tel: 84-2436285356/ 36285357/36285358 | Service hotline: 0917 675 356
 E-mail: sales-hn@trungsontsse.com.vn | service-hn@trungsontsse.com.vn



Khách hàng:	Khoa KN các dạng Bào Chế - VKN thuốc TW	
Địa chỉ:	48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	
Nhà sản xuất:	Shimadzu	Ngày kiểm tra, sửa chữa:
Thiết bị:	HPLC-20A	
Kiểu thiết bị:	Prominence	Người thực hiện: Bùi Văn Thành
Số Serial:	VKN/HPL/06.22	L20224911776

Tốt: ☐ Rất tốt: ☐

Chưa đạt (ghi rõ chi tiết):

Điện áp tiếp đất (giữa dây trung tính và dây đất) $V_{N-G} = \dots$ Vac. (Yêu cầu $V_{N-G} \leq 5V_{ac}$).

- DGU bị rò dung môi, áp xuất chân không không đạt báo lỗi.

- Vệ sinh bơm chân không, air filter. Kiểm tra 4/5 (B, C, D, R) Vacuum chamber bị hở.
- Tam thời không bắt dépasser.

- Không khắc phục được sự cố.

- Không sử dụng DGU.
- Thay mới 1 bộ **DGU-20A5R** 228-65555-58.

[illegible]

Biên bản được làm 02 bản.

Tại: Khoa KN các dạng Bào Chế - VKN thuốc TW.

Chúng tôi xác nhận những điều ghi nhận trong biên bản là hoàn toàn đúng.

Đánh giá của khách hàng: (Xin vui lòng đánh giá về kỹ sư thực hiện công việc này - 4: Rất tốt, 3: Tốt, 2:

Đạt yêu cầu, 1: Không đạt yêu cầu. Xin cảm ơn)

Điểm

Thời gian bắt đầu	Đại diện khách hàng	Đại diện bên kiểm tra
Thời gian kết thúc		Bùi Văn Thành