



BỘ Y TẾ  
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

48 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội - Việt Nam  
ĐT: +84.24.38252791 - Fax: +84.24.38256911

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH**  
*Certificate of Analysis*

**CHUẨN ĐỐI CHIẾU THỨ CẤP**  
*Secondary Reference Substance*

**MENTHOL**



SKS: C0221325

**I. Mục đích sử dụng:** Chuẩn đối chiếu thứ cấp Menthol SKS: C0221325 được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý.

**Intended use:** The Secondary Reference Substance Menthol Control No. C0221325 is intended to be used in physicochemical analysis for assay and identification.

**II. Mô tả:** Tinh thể không màu.

**Description:** Colorless crystals.

**III. Kết quả phân tích:** Sử dụng chuẩn Menthol USP RS lô R09450 có hàm lượng 0,995 mg/mg  $C_{10}H_{20}O$ , tính theo nguyên trạng.

**Analytical data:** The Menthol USP RS Lot. R09450 was used as reference standard, and regarded as 0.995 mg/mg  $C_{10}H_{20}O$ , calculated on the as is basis.

1. Định tính (*Identifications*)

a. Góc quay cực riêng  
*Specific optical rotation*

: -49,32°

b. GC

: Thời gian lưu của pic chính trên SKĐ của dung dịch thử tương ứng với thời gian lưu của pic chính trên SKĐ của dung dịch chuẩn.

*The retention time of the major peak of the sample solution corresponds to that of the standard solution.*

2. Tạp chất liên quan (GC)

*Related substances*

: Tổng tạp: 0,35 %

*Total impurities: 0.35 %*

3. Định lượng (GC)

*Assay*

: 98,8 %  $C_{10}H_{20}O$ , tính theo nguyên trạng.

Độ không đảm bảo đo mở rộng  $U = \pm 0,4 \%$ , hệ số phủ  $k = 2$  ở độ tin cậy 95 %.

*98.8 %  $C_{10}H_{20}O$ , calculated on the "as is" basis.*

*Expanded uncertainty of the certified value  $U = \pm 0.4 \%$ , using a coverage factor  $k = 2$  at level of confidence approximately 95 %.*

**IV. Hướng dẫn sử dụng:** Không sấy trước khi dùng  
*Direction for use: Do not dry before use*

**V. Bảo quản:** Nhiệt độ từ 2 – 8 °C, tránh ánh sáng.

*Storage: Keep container protected from light, preferably at the temperature from 2 - 8 °C.*

*Date of adoption  
8<sup>th</sup> October 2021*

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG



**Đoàn Cao Sơn**

Kiểm tra định kỳ (Re-test year)		
Đã kiểm tra (năm) <i>Last re-test</i>	Kiểm tra lần sau (năm) <i>Next re-test</i>	Phụ trách khoa (ký) <i>Signature</i>
	2024	

Các thông tin về chất chuẩn có thể tra cứu theo địa chỉ: <http://www.nidqc.org.vn>  
Visit the flowing link to see the updated information of reference substances:  
<http://www.nidqc.org.vn>